

# Certificado de Análise



## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PRODUTO: ALLSERUM COVID G

CATÁLOGO: PA003AS

LOTE: 1A20

VALIDADE: 10/2021

RMS: 80047580201

COMPONENTES	QUANTIDADE
MICROPLACA   MP	1 x 96 Cav.
CONJUGADO   CJ	1 x 12 mL
DILUENTE DE AMOSTRA   DA	1 x 100 mL
SOLUÇÃO DE LAVAGEM   SL	1 x 60 mL
SUBSTRATO   ST	1 x 12 mL
SOLUÇÃO DE PARADA   SP	1 x 12 mL
CONTROLE NEGATIVO LÍQUIDO   CN	1 x 1 mL
CONTROLE POSITIVO LÍQUIDO   CP	1 x 1 mL

## INFORMAÇÕES DE DESEMPENHO

REFERÊNCIA	MÉDIA D.O (450/620)	DESVIO PADRÃO	COEF.VARIAÇÃO %
Branco < 0,100	0,025	0,08	Não se aplica
CN < 0,150	0,055	0,18	Não se aplica
CP ≥ 0,750	1,850	0,07	3,82

PAINEL INT.	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS ENCONTRADOS
Amostras Reag.	100 % Concordância	Conforme
Amostras N.Reag.		Conforme

FR 25 20 00

Liberado por:

Controle de Qualidade



MBiolog Diagnósticos  
Rua Gama, 337 - Vila Paris  
Contagem / MG - CEP 32.372-120  
CNPJ: 03.590.360/0001-89  
Tel: (31) 3507.0707 - Fax (31) 3507.0700  
sac@mbiolog.com.br - www.mbiolog.com.br  
Farmacêutico Responsável: Fabrício Galvão de Brito  
CRF-MG: 9587