



ASLO TURBI CEPA

Turbidimetria

PARÂMETROS	ASLO
MODO (MOD)	ORD 1
FILTRO	540
TEMPERATURA - TGR	37
TEMPERATURA - TR	37
TEMPERATURA - TCB	37
PADRÃO - FATOR (PAD FACT)	*
DIREÇÃO	INC
UNIDADE (UNID)	UI/mL
BLANK DE REAGENTE (BL RG)	NÃO
LAVAGEM DA AGULHA DE DILUIÇÃO (LAV)	NÃO
DECIMAL (DEC)	0
DILUIÇÃO (DIL)	SIM
VOLUME DE AMOSTRA (VOL AM)	3 µL
VOLUME DE REAGENTE (VOL RG)	300 µL
INTERVALO INICIAL (INT INIC)	10 s
INTERVALO CINÉTICO (INT CINT)	120/ 1s
LIMITES DA ABS. DO PADRÃO (ABS PAD)	0.000/3.500
LIMITES DA ABS. DO REAGENTE (ABS RG)	-0.100/3.500
VALOR REFERÊNCIA / VALOR NORMAL (VR/VN)	*

* Inserido pelo Usuário