



Programação dos Reagentes CEPA

A 25®

Alfa Amilase Cepa

GAL G2 CNP – Cinético

GERAL		CALIBRAÇÃO	
Modo de Análise	Cin / Monor	Replicatas do Branco	1
Unidades	U/L	Replicatas do Calibrador	*
Tipo de Reação	Crescente	Tipos de Calibração	*
Número de Replicatas	1	Fator	
Decimais	0	Concentração	*
Constituinte Associado	-	Curva de Calibração	*
PROCEDIMENTO		CONTROLES	
Leitura	Monoc	Número de Controles	*
Principal	405	Replicatas de Controles	*
Referência	-	Critério de Rejeição	*
Volumes		Tipo de Controle	*
Amostra	7	Modo de Cálculo	*
Reagente 1	350	Nome	*
Reagente 2	0	TÉCNICAS PROGRAMADAS	
Lavagem	1,2	Lote	*
Tempos		Valor Máximo	*
Leitura 1	60s / C5	Valor Mínimo	*
Leitura 2	180S/C13	OPÇÕES	
Reagente 2	-	Realizar Branco sem água	Não
Fator de Pré Diluição	-	Limite de abs. do branco	1,2
Tipo de Pré Diluição	-	Limite do Branco cinético	-
Fator de Pós Diluição	-	Limite de Linearidade	1300
Reduzido	3	Limite de Detecção	-
Aumentado	3	Limite de Fator	-
Repetição automática	Não	Faixa de Referência	0-57

*Inserido pelo usuário

- Utilizar calibradores proteicos para calibração do sistema. Utilizar soros controles comerciais para avaliação da performance do sistema.