

**Alfa Amilase Cepa**  
CNPG3- Cinético

MODO	<b>CIN</b>	INT CINÉTICO	<b>060</b>
WL1	<b>405</b>	N° INTERVALOS	<b>3</b>
TEMP?	<b>37°C</b>	ΔA/MIN	<b>0,100</b>
VOL ASP	<b>** 0400</b>	% LIM LIN	<b>10</b>
RETARDO	<b>03</b>	DIR	<b>INCR</b>
FATOR	<b>*** 3292</b>	ABS REAT MIN	<b>0</b>
UNID	<b>U/L</b>	ABS REAT MAX	<b>0,500</b>
DECIMAIS	<b>0</b>	VR/VN MIN	*
IMPRESSÃO	<b>EXTENSA</b>	VR/VN MAX	*

\* Inserido pelo usuário

\*\*Técnica Micro (0,5 mL do Substrato)

\*\*\* **Fator teórico.** Este fator não leva em conta os erros de medição (Lâmpada, filtros ... ), sendo assim, é necessário conferência do fator teórico utilizando soros controles, e se necessário, realizar calibração do sistema utilizando calibradores comerciais para que se possa minimizar os erros sistêmicos.