

Fator Reumatóide

Turbidimetria

Nome	FR TURB
Unidades	UI/mL
Modo de Cálculo	Tempo Fixo
Curva de reação	Crescente
Modo de Leitura	Mono
Filtro de Leitura	620
Filtro de referência	-
Volume de amostra	500
Temperatura	37
Decimais	0
Réplicas amostra	1
Tempo de incubação	05s
Tempo de leitura	150
Calibração	Calibrador
Número de calibradores	5
Calibrador 1	0,12
Calibrador 2	0,25
Calibrador 3	0,5
Calibrador 4	0,75
Calibrador 5	1
Réplicas calibradores	1
Limite de Linearidade	150
Limite do branco	1400
Valor Mínimo normal	*
Valor Máximo normal	*
Controle 1	*
Controle 2	*

* Insira o valor da concentração do calibrador ** Vide Bula