



Programação dos Reagentes CEPA

BIOPLUS 2000 - BIO 200 - LABQUEST

Uréia Cinética Cepa Urease/GluDH -Cinético

MODO	T.F.	DECIMAIS	0
WL1	340	LIM LIN. MIN	0
BLANK	NÃO	LIM. LIN MAX	10
BLK-AMOS/PAD	NÃO/NÃO	INT CINÉTICO	60
CUB.FLUXO	SIM	N° INTERVALOS	1
TEMP?	37°C	DA/MIN	0.200
VOL ASP	**0400	% LIM LIN	10
RETARDO	30	DIR	DECR
PADRÃO	SIM	ABS REAT MIN	1.000
PAD (QUANT)	UNI	ABS REAT MAX	2.000
P1	*	VR/VN MIN	*
UNID	mg/dL	VR/VN MAX	*
IMPRESSÃO	EXTENSA		

* Inserido pelo usuário

**Técnica Micro (0,5 mL do Reagente de Trabalho)